



FICHA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: Integrador Químico *Monitore*

TIPO DE PRODUTO: Integrador Químico Tipo 5

Código: IQ5

DESCRIÇÃO: O Integrador *Monitore* fornece uma resposta integrada para a esterilização por vapor a 132°C-134°C em esterilizador/autoclave com bomba de vácuo e ciclos de pré-vácuo operando por 3 minutos ou mais. O Integrador *Monitore* informa através da confirmação visual que as condições de esterilização foram alcançadas no local específico na câmara do esterilizador/autoclave.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:

O Integrador *Monitore* possui três diferentes regulagens nas tintas indicadoras em cada seta. O usuário pode determinar:

1. Se somente a primeira seta do indicador mudar para a cor **verde**, é porque o Integrador foi submetido a condições insuficientes de esterilização.
2. Se a primeira e a segunda seta indicadora mudarem para a cor **verde**, é porque as condições de esterilização foram alcançadas.
3. Se as primeiras duas setas mudarem para a cor **verde**, bem como também a terceira, é porque as condições de esterilização ocorreram por um período estendido.

Mudança de cor: Púrpura para Verde. Obs. A tonalidade de verde varia de claro a escuro, de acordo com invólucro do material, como: **caixa metálica, papel grau cirúrgico, vidro, plástico, ou outros**, QUALQUER TONALIDADE DE VERDE INDICA APROVAÇÃO DO PROCESSO

PARÂMETROS CRÍTICOS (determinado em esterilizador/autoclave por vapor padrão hospitalar com pré-vácuo)

	134°C	132°C	121°C
1ª. SETA	1,0 min. (-10/+0 segundo)	1,5 min. (-15/+0 segundo)	5,0 min. (-45/+0 segundo)
2ª. SETA	1,5 min. (-30/+0 segundo)	3,5 min. (-30/+0 segundo)	2,0 min. (-2,0/+0 min.)
3ª. SETA	5,0 min. (-1,5/+0 min.)	11,0 min. (-100/+0 segundo)	5,5 min. (-5,5/+0 min.)

VALORES DETERMINADOS (determinado em um esterilizador resistômetro por vapor)

	134°C	132°C	121°C
1ª. SETA	3,25 min. (-18/+0 segundo)	3,75 min. (-45/+0 segundo)	11,0 min. (-2,1/+min.)
2ª. SETA	4,75 min. (-23/+0 segundo)	5,5 min. (-0,9/+0 min.)	12,5 min. (-2,4/+0 min.)
3ª. SETA	11,0 MINUTOS (-1,0/+0 min.)	12,0 min. (-2,1/+0 segundo)	30,0 min. (-5,4/+0 min.)

ESTABILIDADE DO INDICADOR: Antes e depois da esterilização=Excelente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

LAMINAÇÃO: Na frente. No verso campos para informações de registro e rastreabilidade.

DIMENSÃO: 10,2 X 2,0 CM

QUANTIDADE/CAIXA: 250 tiras

CAIXA DE EMBARQUE: 25 caixas com 250 tiras

CLASSIFICAÇÃO NORMATIVA: ISO 11.140-1 TIPO 5



LIMITAÇÕES AMBIENTAIS:

Armazenamento: 50°-100°F (10°C e 38°C) entre 10% e 60% de umidade relativa.

VALIDADE: 36 meses da data de manufatura

Registro no MS. Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme Resolução - RDC 40 / 2015 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicada no D.O.U de 26/08/2015.

Cód. EAN: 798190028439 **Cód DUN:** 10798190028412